

团 体 标 准

T/NMRJ 007-2024

代替 T/NMRJ 007-2023

品牌实验室评定指南

Guidelines for brand laboratory evaluation

2024-12-30 发布

2024-12-30 实施

内蒙古认证和检验检测协会

中国检验认证集团内蒙古有限公司

发布

目 次

前 言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 评定指标	3
6 评定结果	3
附 录 A（规范性） 内蒙古自治区品牌实验室评定指标	4

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由内蒙古认证和检验检测协会提出并归口。

本文件起草单位：内蒙古认证和检验检测协会、内蒙古自治区产品质量检验研究院、中国检验认证集团内蒙古有限公司。

本文件主要起草人：付晓娟、高俊、韩雪、杨明、高杨、高青云、王慧娟、付炯、周鹭、刘琪、刘璐、马坤佳、张印香、梁晓燕、刁剑虹、姚圣。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2023年首次发布为T/NMRJ 007—2023；

——本次为第一次修订。

品牌实验室评定指南

1 范围

本文件规定了内蒙古自治区品牌实验室评定指南的术语和定义、总体要求、评定指标和评定结果。

本文件适用于内蒙古自治区品牌实验室的评定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22116 企业信用等级表示方法

GB/T 22117 信用 基本术语

ISO/IEC 17025 检测和校准检验检测机构能力的通用要求

ISO 9000 质量管理体系 基础和术语

《检验检测机构监督管理办法》国家市场监督管理总局第 39 号令

《检验检测机构资质认定管理办法》国家市场监督管理总局 163 号令

3 术语和定义

GB/T 22117、RB/T 214-2017、ISO/IEC 17025 及 ISO 9000 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

品牌实验室 brand laboratory

依法成立并取得相应资质，具有一定规模，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，向社会出具具有证明作用的数据、结果，并在专业技术领域具有一定科研能力、创新能力，具有行业知名度及权威性的专业技术机构。

4 总体要求

4.1 目的声明

4.1.1 开展评定时，应首先声明本次评定的目的。

4.1.2 目的声明应包括：

- a) 预期用途；
- b) 评定报告使用者；
- c) 评定人员资质要求；
- d) 评定基准日。

4.2 评定原则

开展评定时，宜遵循以下原则：

- a) 透明性原则。评定过程应透明，包括评定数据的来源、所采用的评定方法、评定内容以及具体评定指标、评定人员及资质等；
- b) 有效性原则。评定基于评定基准日内有效、相关的数据来源假设和评定假设；
- c) 稳定性原则。在同一评定基准日且同一假设条件下，重复评定时，应稳定地得出可比且一致的结论；
- d) 可靠性原则。评定结果应建立在充分的数据和资料基础上，以保证形成可靠的结论；
- e) 公正性原则。评定人员进行评定时不应带任何形式的偏见；
- f) 保密性原则。评定过程中，应慎重处理检验检测机构的敏感、保密信息，根据法律法规及检验检测机构的信息安全需求，对获取的社会责任管理体系相关信息予以保密。

4.3 参评资格

在内蒙古自治区经营的所有检验检测机构。不包括被主管市场监管部门查处的检验检测机构。

4.4 评定方法

4.4.1 搜集信息、材料包括：

- a) 检验检测机构所提交的社会责任相关文件、体系文件和信息材料；
- b) 通过实地调研、现场观察、查阅相关资料等获得的信息；
- c) 来自检验检测机构外部各相关方的信息。

4.4.2 评定方式

评定小组按附录 A 内蒙古自治区品牌实验室评定指标进行评定，按符合情况给出对应分值，不涉及项目不得分不扣分。

4.5 评定程序

评定机构可按以下基本程序对检验检测机构进行评定：

a) 组成评定小组：

评定机构受理申请后，根据检验检测机构规模组成评定小组（不得少于3人），执行组长负责制，指定评定组长，做好评定前的准备工作。

b) 评定实施：

- 1) 评定小组初步分析检验检测机构提交的资料，进行信息完整性和真实性审核；
- 2) 评定小组以交谈、查阅、考察、证实、记录等方式获取客观证据及其他补充资料；
- 3) 评定小组依据相关要求，汇总、分析检验检测机构提供的资料及现场获得的客观证据等材料，按照附录 A 对指标进行评定打分

4) 评定小组根据指标得分和现场评定结果,对检验检测机构进行最终评定并确定等级。

c) 结果报告:

评定机构可按照法律法规及相关要求,根据评定委托方的需要,形成评定报告,报告内容包括品牌实验室等级及其他相关信息。

4.6 评定人员要求

在评定过程中,评定人员应遵循4.2中的评定原则。基于这些原则,参与评定的人员应遵循以下几点要点:

- a) 充分了解评定检验检测机构主要检测领域的质量现状和发展状况;
- b) 尽可能多渠道获得评定相关信息,并评估所获取资料的相关性、一致性和充分性;
- c) 积极与其他评定人员沟通,解决存在的问题或疑惑;
- d) 考虑实际操作情况,确保评定过程切实可行;
- e) 相关评定信息未经被评检验检测机构允许,应严格保密。

5 评定指标

实验室品牌等级评定包括法定资质和通用要求、资源要求、过程要求、管理体系要求、科研创新要求五个方面,见附录A。

6 评定结果

根据 GB/T 22116《企业信用等级表示方法》品牌实验室评定等级分为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A五个级别,总分为115分,其中:法定资质和通用要求10分,资源要求25分,过程要求18分,管理体系要求22分,科研创新要求25分,附加分15分。见表1。

表1 品牌实验室评定等级划分表

总分	品牌评定等级
100分及以上	AAAAA
90~100分(含90分)	AAAA
80~90分(含80分)	AAA
70~80分(含70分)	AA
60~70分(含60分)	A
60分以下	不满足,终止评定

附录 A
(规范性)

内蒙古自治区品牌实验室评定指标

内蒙古自治区品牌实验室评定指标见表A.1。

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
法定资质和通用要求 (共 10 分)	检验检测机构资质证书	1. 法人登记证书、营业执照(不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权);	1) 分别查看法人登记证书、注册证书(营业执照), 不具备独立法人资格的检验检测机构是否能提供所在法人单位授权文件;	现场核查检验检测机构法人登记、注册证书(营业执照)文件或无独立法人资格, 提供所在法人单位授权文件; 符合要求得 1 分, 核查不符合取消评审资格	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 证照是否在有效期内, 地址名称等是否与证照一致; 经营范围是否包含检验、检测、检验检测或者相关表述;	现场核查符合要求得 0.5 分, 核查不符合取消评审资格;	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		2. 资质认定或检验检测机构认可证书；	1) 检验检测机构取得的资质认定或检验检测机构认可证书类型；	<p>现场核查检验检测机构取得的资质认定或检验检测机构认可证书，申请专业领域同时通过国家级或省级资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的，得 3 分；</p> <p>仅通过国家级资质认定（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的，得 2 分；仅通过省级资质认定（CMA）的，得 1 分；</p> <p>对于行政许可承诺取换证的机构要核查是否具备条件；</p> <p>核查无资质认定或检验检测机构认可证书的，取消评审资格。</p>	3	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 资质认定或检验检测机构认可证书是否在有效期内，所用名称、地址是否与法人登记、注册文件一致；	<p>现场核查符合要求得 0.5 分，核查不符合取消评审资格；</p>	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	结构要求	3. 检验检测机构应明确其组织结构及管理、技术运作和支持服务之间的关系；有明确管理工作制度、完整的技术文件；	1) 检验检测机构是否有完善的工作制度或管理手册；	查阅检验检测机构工作制度或管理手册；符合得 0.5 分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2) 是否有现行有效的质量体系文件（质量手册、程序文件、体系运行表格等）并且应满足资质认定或检验检测机构认可要求；			查阅检验检测机构质量体系文件（质量手册、程序文件、体系运行表格等）是否完整，并且满足各个准则、检验检测机构客户、法定管理机构和提供承认的组织要求的方式开展检验检测机构活动；询问相关人员是否熟悉体系文件具体内容和规定；符合要求得 1 分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		
3) 查看质量手册中组织结构图是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系，查看管理体系职能分配表是否有各岗位的岗位职责；			查看组织结构图，是否清晰表明了其管理体系的职责和相互关系；检验检测机构是否设置质量管理、技术管理和行政管理的部门或岗位，查看管理体系职能分配表，是否清楚表达了三者之间的关系；规定对检验检测机构活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系；全部都有得 0.5 分，缺 1 项不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		4. 检验检测机构是否采用信息化手段来提升客户服务。	1) 检验检测机构是否接入一站式便民服务平台或线上报检系统等客户服务平台；	现场核查检验检测机构接入一站式便民服务平台或线上报检系统等客户服务平台，并处在正常使用状态，得2分，无服务平台或未正常使用不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	公正性及保密性	5. 检验检测机构应有公正性及保密性承诺及文件；	1) 管理体系文件中需明确公正性及保密性承诺并建立公正性及保密性程序；	检验检测机构建立了保证其公正和诚信的程序；保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求，或者有其他保护电子存储和传输结果信息的程序； 检验检测机构对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，制定和执行保密措施； 检验检测机构及其人员是否了解对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，是否制定和实施了相应的保密措施； 全部都有得 0.5 分，缺一项不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			2) 检验检测机构人员应签署公正性及保密性承诺书;	现场核查检验检测机构工作人员公正性及保密性承诺书; 符合要求得0.5分,无承诺书或非全部工作人员均签署不得分;	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
资源要求 (共 25 分)	管理层	6. 管理层是否确保:针对内部管理有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通;管理层是否向员工传达其职责和权限;	1) 检验检测机构是否有管理层会议记录;	现场核查近3年会议纪要记录,管理层是否确保针对内部管理有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通是否向员工传达其职责和权限; 询问管理层对检测质量和品牌的重视程度; 符合要求得0.5分,没有相关记录不得分;	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	人员	7. 检验检测机构是否建立了人员管理程序,是否对人员的资格确认、任用,授权和能力保持等进行了规范管理,要求是否明确,是否得到执行。	1) 查看人员管理程序文件,现场核查技术人员在岗情况;	检验检测机构建立了人员管理程序,是否对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行了规范管理,要求明确,并得到实行; 技术人员和管理人员的岗位职责、任职要求和工作关系是否予以明确,使其与岗位要求相匹配,并有相应权力和资源; 现场核查技术人员在岗情况,是否有脱岗或非授权人操作仪器设备等情况; 符合要求的得1分,不符合不得分;	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			2) 劳动合同及保险证明；上岗证或任职文件；	查阅相关资料，有人事正规劳动/聘用合同或录用通知及保险证明，上岗证或任职文件的，得0.5分；缺1个扣0.2，扣分0.5封顶；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			3) 查看人员人事档案及技术档案，其中结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等是否满足工作类型、工作范围和工作量的需要；	除非法律法规或检验检测机构能力认可对特定领域的应用要求有其他规定，检验检测机构人员如满足以下要求：a) 从事检验检测机构活动的人员不得在其他同类型检验检测机构从事同类的检验检测机构活动。b) 从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以上学历。如果学历或专业不满足要求，应有10年以上相关检测或校准经历。关键技术人员，如进行检测或校准结果复核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外，还应有3年以上本专业领域的检测或校准经历。c) 授权签字人除满足b)要求外，应熟知各准则并有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力，得1分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			4) 提供关于人员管理的记录文件；a) 确定能力要求；b) 人员选择；c) 人员培训；d) 人员监督；e) 人员授权；f) 人员能力监控；并包含授权和能力确认日期。记录文件应符合检验检测机构资质认定或检验检测机构认可要求；	现场核查对应记录文件； 询问实验人员是否清楚个人责任和岗位职责； 全部都有得1.5分，缺1项不得分；	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			5) 现场查看原始记录及检验报告或证书，是否有非授权签字人签发报告或证书的情况；	现场抽查进3年原始记录及检验报告或证书，无非授权签字人签字情况得1分；有非授权人签字情况，发现一处扣0.5分，扣分1.5分封顶；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		8. 专业技术人员队伍素质建设；	1) 中级技术职称人员占专业技术人员总人数的30%；	符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 高级技术职称人员占专业技术人员总人数的10%；	符合要求得1分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			3) 本科学历人员占总人数的40%；	符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			4) 研究生以上学历人员占总人数的10%;	符合要求得1分，不符合不得分;	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	环境条件	9. 检验检测机构设施与环境条件是否满足从事检验检测机构活动;	1) 检验检测机构能否提供样品室通风记录、养护室温湿度控制记录;实验试剂的入库及领用记录等相应的检验检测环境记录,现场核查是否及时记录;	现场核查相关记录,有相关记录并及时记录得2分,无记录或未按要求及时记录发现1处不得分;	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2) 是否对进入和(或)使用对检验检测质量有影响的区域进行了控制;是否有进入和使用影响检验检测机构活动区域的审批表;			现场核查是否将不同检验检测机构活动区域注意事项、进入检验检测机构区域要求、进入检验检测机构参观手续等要求张贴上墙;查看进入和使用检验检测机构活动区域审批表;符合要求得0.5分,不符合不得分;	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		
10. 检验检测机构是否有环境控制程序、突发事件应急预案及安全应急预案等相关程序并有效执行。		1) 环境控制程序和内务管理程序;环境污染突发事件应急处置预案;安全应急预案;	查阅相关资料(环境控制程序、内务管理程序、环境污染突发事件应急处置预案、安全应急预案等环境控制文件),有1个文件得0.2分,0.5分封顶;是否包含a)从事检验检测活动所必需的场所、环境要求;b)是否根据检验检测方法标准或技术规范,识别了检验检测所需的工作环境条件,并进行了控制,以保障检验检测有效;c)当工作环境条件对结果的质量,或人员健康有影响时,是否得到有效控制;d)是否识别	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
				了检验检测活动所涉及的危及安全的因素和污染环境等因素，并采取措予以控制，包含1条得0.2分,0.5分封顶；			
			2) 实验区的布局是否合理,标识是否明确清晰,是否干净整洁;是否有效隔离不相容的检验检测机构活动区域;对检验检测机构环境是否有安全警示;危险化学品及试剂是否安全放置;安全防护用品是否完善,是否按相关规范放置;	现场核查机构试验区的布局是否合理,标识是否明确清晰;检验检测机构干净整洁,符合实验要求;相邻区域的活动出现不相容或相互影响时,机构是否进行了有效隔离,采取措施消除影响,防止干扰或者交叉污染;对检验检测机构环境是否有安全警示;危险化学品及试剂是否安全放置;符合要求得1分,有1项不符合不得分;	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	设备和设施	11. 检验检测机构应配备满足检验检测(包括抽样、样品制备、数据处理与分析)要求的设备和设施;应建立设备设施管理程序并建立仪器设备档案;并确保严格按照规范管理使用;	1) 设备设施管理程序,是否对检验检测设备和设施的配置、使用、维护、安全处置、运输、存储等做出了规定;	查阅设备设施管理程序,对检验检测设备和设施的配置、使用、维护、安全处置、运输、存储等做出了规定,得0.5分,无管理程序或未做规定的不得分;	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
2) 检验检测机构是否配备了满足检验检测相关标准或技术规范要求的设备和设施;			现场核查检验检测机构内设备和设施;随机抽取资质认定或检验检测机构认可能力附表中标对照设备设施,能满足检验检测活动所必需要求的得1.5分,发现1处不符合扣0.5分,直至1.5分扣完;	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			3) 检验检测机构是否有仪器设备档案, 是否覆盖全部仪器设备, 内容是否齐全并符合资质认定或检验检测机构认可要求;	<p>查阅仪器设备档案, 包括但不限于 a) 设备及其软件的识别; b) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识; c) 核查设备是否符合规范; d) 当前位置 (适用时); e) 制造商的说明书 (如果有), 或指明其存放地点; f) 检定、校准报告或证书的日期、结果及复印件, 设备调整、验收准则和下次检定、校准的预定日期; g) 设备维护计划, 以及已进行的维护记录 (适用时); h) 设备的任何损坏、故障、改装或修理。</p> <p>全部符合得1.5分, 发现1处不符合扣0.5分, 直至1.5分扣完;</p>	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			4) 仪器设备使用说明或操作规程; 仪器设备检定校准计划与证书; 计量确认记录; 期间核查程序并提供计划与记录; 维护保养计划和记录; 使用记录; 仪器设备操作人员授权记录等是否齐全并及时完成记录;	<p>现场查看相关材料, 证书现行有效; 各计划与记录对应; 使用记录与数据原始记录对应; 查看原始记录无非仪器设备授权人操作仪器设备情况;</p> <p>完全符合得2分, 出现1处问题扣0.5分, 直至2分扣完;</p>	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		12. 所有仪器设备应有设备标签及状态标识；设备出现故障或异常时，检验检测机构应及时采取措施；检验检测机构应确保校准结果包含的修正信息或标准物质包含的参考值在其检测数据及相关记录中得到利用；	1) 仪器设备的标签、编码或以其他方式标识，方便识别校准状态或有效期及使用状态标识；标识是否在有效期内并及时更新；如有停用设备是否予以隔离并加贴标签标记；	现场核查仪器设备标签及状态标识，标签标识显示仪器使用状态并在有效期内； 如有停用设备加贴停用标签并隔离； 符合要求得1.5分，任1项不符合不得分；	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 仪器设备校准结果或标准物质数据中产生的修正信息是否确保在其检验检测数据及相关记录中加以利用并备份和更新；	查阅原始记录，仪器设备校准结果或标准物质数据中产生的修正信息在其检验检测数据及相关记录中加以利用，得0.5分，没有正确使用发现一处扣0.2分，直至0.5分扣完；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		13. 检验检测机构拥有30万元以上大型仪器设备，并提供大型仪器设备共享等服务；	1) 检验检测机构是否拥有购入价格30万元以上大仪器设备；	现场核查30万元以上大型设备的目录和仪器状态及使用情况； 30万元以上可正常使用大型设备≥5台/套，得2分； 30万元以上可正常使用大型设备<5台/套，不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	2) 检验检测机构是否与其他单位或检验检测机构合作提供大型仪器共享服务；		查阅相关资料，参与大型仪器设备共享，得1分，不参与不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		
	标准物质及计量溯源性	14. 检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序；	1) 检验检测机构是否建立和保持了标准物质的管理程序，该程序对标准物质的溯源、安全处置、运输、存储和使用作出相应规定；	查阅标准物质的管理程序，检验检测机构对标准物质的溯源、安全处置、运输、存储和使用作出相应规定，并有对应记录，得0.5分，无相关程序或记录，或内容不全不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表 A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		15. 检验检测机构应根据程序对标准物质进行期间核查；	1) 标准物质期间核查计划及记录；	查阅标准物质期间核查计划及记录，内容对应，全面，得1分；无计划记录或无法对应，未按计划完成不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
过程要求 (共 18 分)	方法的选择验证和确认	16. 检验检测机构应具备重要产品及关键项目(参数)的检验能力,认证认可的方法标准是否能覆盖产品标准全项检验；	1) 资质认定或检验检测机构认可能力表；查看是否具备重要产品及关键项目(参数)的检验能力；是否能覆盖产品标准的全项检验；机构能否持续保持检测能力；	结合实验室实际情况，查阅资质认定或检验检测机构认可能力表；检验检测机构具备重要产品及关键项目(参数)占总数的80%，得2分；覆盖产品标准全项检验的产品占总产品数的大于等于60%、小于80%得1分；小于60%不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		17. 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序,应跟踪方法的变化确保使用最新有效版本的方法,并在引入新方法或修订了方法后应进行方法验证；	1) 检验检测机构在委托合同、检验原始记录及报告中使用的标准是否为最新现行有效版本；	查阅相应材料，使用最新现行有效版本；若客户坚持使用不适合或已过期的方法时，检验检测机构在委托合同和结果报告中予以说明，并在结果报告中明确该方法获得资质认定的情况。发现1处不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 检验检测机构是否有完整的检验检测方法控制程序；是否跟踪方法的变化，并提供相关证明材料；对新引入或者变更的标准方法以及非标方法是否进行了方法验证，并提供相关方法验证记录；	查阅检验检测方法控制程序文件；方法变更通知；近3年新引入或变更的标准方法以及非标方法验证及确认记录；符合要求得2分，无法提供相应材料不得分；无新方法引入、标准变更或非标方法的使用视为符合；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	检测或校准样品的处置	18. 检验检测机构应有样品管理程序及样品流转程序；在运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理或返回过程中应予以控制和记录；对样品的环境条件进行控制；	1) 检验检测机构是否有样品管理程序文件；样品入库记录；样品流转记录；样品处理记录；环境监控记录；	查阅相关记录资料，样品入库、流转、处理等记录内容是否完整；是否保持、监控和记录了环境条件；是否根据法律法规及客户的要求规定的样品保存期限存储处理样品； 符合要求得1分，无记录或记录不完整不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 检验检测机构样品是否分区存放；是否区分了样品的唯一性标识和样品检验状态标识；	现场核查检验检测机构内样品的唯一性标识和样品检验状态标识；样品是否按状态标识分区存放； 符合要求得1.5分，发现1处不符合扣0.5分，直至1.5分扣完；	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	19. 检验检测机构是否确保每一项检验检测机构活动的技术记录包含结果、报告和足够的信息；并可以追溯到前一个的版本或原始观察数据；	1) 查看技术记录，原始数据及报告中信息是否是最新有效的；信息数据是否能追溯到前一个的版本或原始观察数据；	现场抽查各类别产品近3年技术记录，原始记录及报告中的信息是否与任务书或抽样单一致；使用的标准及规范性内容是否为现行有效版本；数据是否能追溯到前一个的版本或原始观察数据； 符合要求得1.5分，发现1处错误扣0.5分，直至1.5分扣完；	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及		

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			2) 技术记录的填写修改是否符合检验检测机构管理要求；	<p>查阅原技术记录填写是否符合检验检测机构管理及标准要求；技术记录是否使用法定计量单位；修改记录是否采用双杠改形式并有负责修改的人员签章；是否保存原始的以及修改后的数据和文档，包括修改的日期、标识修改的内容等；</p> <p>符合要求得1.5分，有1处错误扣0.5直至1.5分扣完；</p>	1.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	确保结果的有效性	20. 是否有监控结果有效性的程序；对监控进行策划并有相应的实施记录；	1) 是否有监控结果有效性的程序，质量控制计划及记录；	<p>查阅相关资料，近2年参加了能力验证并取得满意结果；或参加除能力验证之外的检验检测机构间比对并取得满意结果，每2项得0.5分，1.5分封顶；没有参加或结果不满意不得分；</p> <p>查阅监控结果有效性的程序，质量控制计划及记录，适当时，监控是否包括但不限于以下方式：a) 使用标准物质或质量控制物质；b) 使用其他已校准能够提供可溯源结果的仪器；c) 测量和检测设备的功能核查；d) 适用时，使用核查或工作标准，并制作控制图；e) 测量设备的期间核查；f) 使用相同或不同方法重复检测或校准；g) 留存样品的重复检测或重复校准；h) 物品不同特性结果之间的相关性；i) 审查报告的结果；j) 检验检测机构内比对；k) 盲样测试；有1项加0.2分，0.5分封顶；</p>	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	报告结果	21. 报告应符合资质认定或检验检测机构认可准则要求的全部信息参数及客户要求的全部信息；所有的报告均作为技术记录予以保存，每一页加盖页码章；	1) 报告是否按要求整理存档，是否包含符合资质认定或检验检测机构认可准则要求的全部信息；是否明确体现了客户的要求；	现场核查报告存档情况及目录并随机抽取近3年内各领域产品报告，检验检测报告或证书应至少包括下列信息：a) 标题；b) 标注资质认定标志，加盖检验检测专用章（适用时）；c) 检验检测机构的名称和地址，检验检测的地点（如果与检验检测机构的地址不同）；d) 将报告中所有部分标记为完整报告一部分的唯一性标识，以及表明报告结束的清晰标识；e) 客户的名称和联络信息；f) 所用方法的识别；g) 物品的描述、明确的标识以及必要时物品的状态；h) 检测或校准物品的接收日期、抽样日期（适用时）；i) 实施检验检测机构活动的日期；j) 报告的发布日期；k) 如与结果的有效性或应用相关时，检验检测机构或其他机构所用的抽样计划和抽样方法；l) 结果仅与被检测、被校准或被抽样物品有关的声明；m) 检验检测结果的测量单位（适用时）；n) 对方法的补充、偏离或删减（适用时）；o) 报告批准人的识别；p) 当结果来自于外部供应商时，清	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
				晰标识（适用时）；q) 检验检测机构应做出未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告或证书的声明。查看报告是否按合同中体现客户要求；符合要求得1分，任1项不符合不得分；		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 检验数据是否及时上传；检验报告是否及时出具；技术记录是否完整并且每一页编写页码；	现场核查报告是否按要求出具，存档报告是否完整并每一页编写页码；符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		22. 当检验检测报告或证书签发后，若有更正、修订、增补或重新发布已发出的报告时应予以记录；是否予以唯一性标识，并注明所替代的原报告；	1) 检验检测机构是否制定了报告更改控制程序及复检程序；	查阅报告更改控制程序及复检程序，报告更改及复检申请记录，复检样品（备样）领用记录等是否按规定的程序执行，并详细记录更正或增补内容；符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 更改后的报告是否标注了区别于原检验检测报告或证书的唯一性标识，并标明替代原编号报告；	现场核查近3年更改及复检的报告，标注了区别于原检验检测报告或证书的唯一性标识，并标明替代原编号报告的得0.5分，不符合不得分；无更改或复检报告的视为符合；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	分包	23. 检验检测机构实施分包前，应建立和保持分包的管理程序；	1) 是否有分包控制程序，并将其用于业务洽谈、合同评审和签署合同；是否事先取得了客户书面同意；	查阅分包控制程序及近3年分包报告、分包合同，分包按程序要求执行并有客户的书面同意得0.5分，未按程序执行或无客户书面同意扣0.5分，无分包视为符合；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		24. 检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得资质认定或检验检测机构认可证书并有能力完成分包项目的检验检测机构；出具检验检测报告或证书时，应将分包项目予以区分；	1) 检验检测机构是否对分包方进行了评审，是否有评审记录和合格分包方的名录；	查阅分包方评审记录及合格分包方名录；有相应材料得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 分包报告是否清晰注明了分包，注明的信息是否符合规定的要求，信息全面；	查阅近3年分包报告注明的信息符合规定的要求，信息全面；报告或证书中明确分包项目，并注明承担分包的另一检验检测机构的名称和资质认定许可编号，得0.5分，有1项不符合不得分，无分包报告视为符合；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	服务客户及投诉	25. 检验检测机构应建立投诉处理程序，接受和处理投诉，并形成文件记录，并对投诉作出处理；	1) 查看投诉处理程序；投诉接受、确认、调查、采取纠正措施的记录及评定；	查阅相关文件，有相关记录并符合检验检测机构管理要求得0.5分，不符合不得分，无投诉视为符合要求；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		26. 检验检测机构应建立和保持服务客户的程序，并得到有效的实施；	1) 服务客户的程序包括但不限于保持与客户沟通；	查阅服务客户的程序，包含具体为客户服务的措施，对客户进行服务满意度调查，跟踪客户的需求，以及允许客户或其代表合理进入为其检验检测的相关区域观察的具体措施，得0.5分，无对应措施不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		27. 检验检测机构应通过多个方式收集顾客满意与否的信息，是否对收集到的信息进行了分析，并作为评定管理体系和改进的依据，必要时及时采取纠正和纠正措施；	1) 检验检测机构是否进行顾客满意度调查以便准确、及时的了解客户的需求，并保存书面或电子记录；是否有效记录并处理投诉；	查阅客户满意度调查及投诉的接收、确认、调查和采取纠正措施的记录，对投诉和客户提出的问题是及时有效处理；符合要求得0.5分，无客户满意度调查或不符合要求的不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 是否对收集到的信息进行了分析，并作为评定管理体系和改进的依据，必要时及时采取纠正和纠正措施；	查阅对投诉、满意度调查的分析记录、纠正措施、管理评审等相关文件，核查是否对收集到信息进行分析并输入到管理评审中；符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
管理体系要求 (共 22 分)	方针目标	28. 检验检测机构应阐明质量方针，制定质量目标，并形成记录在管理评审时予以评审；	1) 质量手册中阐明发布质量目标和质量方针；	查阅质量手册中有相应规定得0.5分，无则不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 报告及时率及错误率等是否实现质量目标要求；质量方针目标记录，是否体现在管理评审中；	查阅近3年检验报告的及时率及错误率统计，查看是否体现到管理评审中，是否符合质量方针要求；符合要求得1分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	文件控制	29. 检验检测机构应建立和保持控制其管理体系的内部和外部文件的程序，明确文件的标识、批准、发布、变更和废止，防止使用无效、作废的文件；	1) 建立文件控制程序是否涵盖了其所有文件（内部文件和外部文件）及载体的管理、控制；	查阅文件控制程序，各层次文件的批准发布和修订是否按照程序实施，相关记录是否完整；电子文件控制是否有效； 符合要求得1分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 文件是否定期审查更新；	现场核查检验检测机构区域内文件管理情况，提供审查更新记录，； 符合要求得1分，发现有过期、变更、废止或未受控的文件扣除0.5分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	内部审核	30. 内部审核每年至少一次，由质量负责人策划并制定审核方案；	1) 是否编制了内部审核管理程序；查看由质量负责人策划的内部审核方案及审核记录；	查阅内部审核管理程序、内部审核的计划与记录； 有则得1分，没有不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 内审员培训记录，证书；内审员熟悉内部审核的工作程序、掌握内审的技巧方法、具备编制内部审核检查表、出具不符合项报告的能力；	查阅检验检测机构内审员是否有培训记录，证书及是否在有效期； 符合要求得0.5分，不符合不得分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		31. 内审员是否经过培训取得证书；					

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		32. 内部审计发现的问题是否采取了纠正、纠正措施并跟踪验证其有效性，并予以记录；	3) 机构对内部审计过程及其采取的纠正、纠正措施、应对风险和机遇的措施，应予以记录；内部审计记录是否清晰、完整、客观、准确；	查阅近3年内部审计过程中及其采取的纠正、纠正措施、应对风险和机遇的措施等内审文件；并现场核实整改情况是否达标；符合要求得1分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	管理评审	33. 管理评审每12个月一次，是否保留了管理评审的记录，该记录是否包含了输入记录和输出的记录以及管理评审计划和报告；确保管理评审后，得出的相应变更或改进措施予以实施，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；	1) 检验检测机构是否编制了管理评审程序；管理层是否确保管理评审后，得出相应变更或改进措施予以实施，是否确保管理体系适宜性、充分性和有效性；	查阅管理评审程序文件，及近3年管理评审计划与记录，是否符合资质认定、检验检测机构认可和程序文件要求；符合要求得1分，不符合不得分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 查看管理评审的记录，是否按资质认定或检验检测机构认可要求进行管理评审，该记录是否包含了输入记录和输出的记录以及管理评审计划和报告；	查阅近3年管理评审记录，该记录是否包含了输入记录和输出的记录以及管理评审计划和报告；查阅跟踪验证记录，是否对提出的改进措施，启动有关工作程序，在规定时间内完成改进工作；符合要求得1分，不符合不得分	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	数据控制和信息管理	34. 应有完善的检验检测机构信息管理系统，并在投入使用前以及更新，升级或改变后应进行功能的确认；	1) 是否有正在使用的检验检测机构信息管理系统；是否对软件的适用性进行功能确认或制定了详细的文件，并对其进行确认后才使用；	现场核查检验检测机构有效使用信息管理系统，查阅软件适应性功能确认文件记录，有则得2分，没有使用系统或无确认性文件不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
		35. 为自治区检验检测服务业的监管和发展提供数据支持；	1) 是否对接主管部门信息管理和系统建设；配合提供相应数据，定期开展质量状况分析；	检验检测机构对接主管部门信息管理和系统建设得1分； 向主管部门提供相应数据，定期开展质量状况分析，得1分； 没有对接信息管理和系统不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 是否承检盟市级及以上市场管理部门的监督检查，风险监测等任务；查看数据支持情况和数据报送记录，是否按时按要求完成任务；	如检验检测机构有承检盟市级及以上市场管理部门的监督检查，风险监测等任务，查看相应文件记录及原始记录报告，按时按要求的完成任务得2分，无承检或不符合要求不得分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	危险废物管理	36. 检验检测机构应建立废物产生、收集、贮存、运输、利用处置全过程的污染防治责任制度，采取防治废物污染环境的措施；建立危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和降低危险废物危害性的措施，以及危险废物贮存、利用、处置措施；	1) 是否建立检验检测机构废物管理控制程序，是否对检验检测过程中产生的废水、废气、废物的无害化处理进行管控；	现场核查相关材料； 建立控制程序，涵盖全过程的责任制度，负责人明确，各项责任分解清晰；采取了防治工业固体废物污染环境的措施，得1分； 制定的制度未得到落实、环境管理职责不明确，或未采取防治工业固体废物污染环境的措施、不得分； 现场管理混乱，没有相应处置程序，扣1分；不涉及得0.5分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 执行危险废物污染防治责任信息公开制度，在显著位置张贴危险废物污染防治责任信息；	现场核查在适当场所的显著位置张贴危险废物污染防治责任信息，且张贴信息能够表明危险废物产生环节、危害特性、去向及责任人等，得0.5分。 未张贴或内容信息不全不得分；不涉及得0.2分。	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			3) 制定了危险废物管理计划；内容齐全，危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置方式描述清晰，并报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案；	查阅近3年危险废物管理计划，以及相关备案证明材料； 内容齐全及时备案得1分，内容不全或没有备案或备案内容未及时更新不得分；不涉及得0.5分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		37. 危险废物的容器和包装物应当按照规定设置危险废物识别标志。收集、贮存、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志；	1) 依据国家和地方相关标准规范所示标签和警示标志设置危险废物识别标志；	在收集、贮存、运输、利用处置危险废物的设施、场所均设置了规范（形状、颜色、图案均正确）的危险废物识别标志，得0.5分； 上述危险废物环境管理的相关设施、场所未设置识别标志或识别标志有2处及以上错误，不得分；不涉及得0.2分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
		38. 检验检测机构应对检验检测过程中危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用处置各环节进行监控；	1) 按照国家有关规定建立危险废物管理台账，如实记录有关信息；	现场核查当年危险废物产生、入库、出库、自行利用处置各环节危险废物在检验检测机构内部流转情况；提供各环节台账记录表等证明材料； 符合要求得2分，虚假记录或记录内容中存在2处以上错误的不得分，无对应记录手续的扣2分；不涉及得1分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 依法取得排污许可证并按证排污；	查阅排污许可证等相关资料、现场核查是否符合许可证要求，按要求及时提交台账记录和执行报告；符合要求得0.5分，不符合不得分；不涉及，得0.5分；	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			3) 建立废物收集操作规程，确保危险废物按种类分别收集、贮存；	<p>查阅相关材料是否齐全，现场核查检验检测机构内所有危险废物产生环节分类收集情况及危险废物存放情况，是否所有产生环节均按种类分别收集，危险废物按种类分别存放，不同废物间有明显间隔；</p> <p>符合要求得 0.5 分，不符合要求不得分；不涉及得 0.2 分；</p>	0.5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			4) 产生废物的单位委托他人运输、利用、处置废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；	<p>查阅受托方危险废物经营许可证及其附件的复印件等。现场核查受托方收集、利用或者处置相关危险废物情况（包括转移联单同产废单位的台账核实；转移联单同经营单位的经营管理台账核实）；</p> <p>有证明材料符合要求得 1 分，无证明材料不得分；</p>	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
			5) 转移危险废物的，按照危险废物转移有关规定，如实填写、运行转移联单；跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门申请；	现场查阅转移联单，并结合台账记录、环评文件等材料进行核对； 至少抽选2种转移量大的危险废物，核实产生、贮存、转移、利用、处置全过程流向的合规合理性； 如有跨省转移危险废物的，需提供在转移危险废物前向移出地省级生态环境主管部门申请并得到批准材料； 符合要求得1分，不符合不得分；不涉及得0.5分；	1	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
科研创新要求 (共25分)	科研项目	39. 检验检测机构是否有在研或完成的国家级、省部级、地市级科研项目、对外合作项目等（按项目合同书/任务书考核）；	1) 近3年是否主持或参加省部级及以上项目并提供相关文件，如国家市场监督管理总局、自治区科技厅下达的科研项目；主持或参加地市级项目并提供相关文件，如自治区市场监管部门下达的科技项目和地区/市级科技计划为地市级项目；	查阅近3年结题或在研的省部级及地市级以上项目，主持1项得2分；参加1项得0.5分，总分4分；	4	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	标准制（修）订	40. 检验检测机构是否有已发布的检验检测机构技术人员主持或参与国际、国家、行业、地方各类标准制（修）订；	1) 近3年是否主持或参加国家、行业标准、地方标准、团体标准；	查阅近3年结题或在研的国际标准、国家标准、行业标准，主持1项得1分；参加1项得0.5分； 结题或在研的地方标准、团体标准，主持1项得0.5分；参加1项得0.3分； (排名第1为主持，排名2~6位为参与) 总分4分	4	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
	著作、论文出版（发表）	41. 在有影响力的学术刊物或出版物上发表的论文或著作（著作主编、副主编均有效，参编排名前6位有效）；	1) 近5年，检验检测机构人员是否发表SCI文章；发布EI/国际会议文章；发表中文核心文章；担任主编/副主编参编著作；	以第一作者发表SCI文章得3分，第二、三作者发表SCI文章得1.5分； 以第一作者发布EI/国际会议文章得1分，第二、三作者EI/国际会议文章得0.5分； 以第一作者中文核心文章1篇得1分；第二、三作者中文核心文章1篇得0.5分；国家级期刊文章1篇得0.2分；其他刊物文章不得分； 以主编/副主编编写1部著作得2分，参编1部著作得0.5分； 论文获奖1项得0.2分； 总分9分	9	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	获奖情况	42. 是否获得国家、省部级科技奖励；	1) 现场核查近三年获奖等级证书；	获得省部级以上科技奖励1项得2分； 行业协会奖励1项得0.5分； 总分3分；	3	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	专利获得情况	43. 科研创新成果是否获得授权专利；	1) 需提供专利证书（包括发明专利，实用新型专利，外观设计专利），应排名在前三；	发明专利，单位为所有权人，1项3分；参与人为前两名以内，1项2分； 实用新型专利，外观设计专利，单位为所有权人，1项1分；参与人为前三名以内，1项0.5分； 总分3分；	3	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
	标委会和学术组织	44. 是否承担或参与专业标准化技术委员会或其他学术组织；	1) 需提供主管部门或单位颁发的证书或红头文件；	承担专业标准化技术委员会或其他学术组织秘书处工作，1项得1分； 单位人员参与专业标准化技术委员会或其他学术组织，1项得0.4分； 总分2分；	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	

表A.1 内蒙古自治区品牌实验室评定指标（续）

评定内容	考核要素	考核内容	现场核查情况	核查方式及具体要求	应得分	符合情况	实得分
附加材料 (附加分, 共 15 分)	其他材料	45. 党建和精神文明建设	1) 有党的基层组织, 有党的基层组织活动;	现场核查相关资料及场所; 有 1 项加 0.5 分, 总分 3 分;	3	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 有党建标准化活动场所;				
			3) 被授予优秀基层党支部、文明单位等的荣誉称号;				
		46. 服务社会	1) 开展服务社会或助残敬老等的公益活动;	现场核查相关资料有 1 项加 0.5 分, 总分 2 分;	2	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 有旗县区及以上政府相关部门授予或盟市公司以上授予的服务社会优秀单位等荣誉;				
		47. 员工能力素质提升	1) 员工近 5 年内获得过市级及以上优秀共产党员、劳动模范等荣誉称号;	现场核查相关资料有 1 项加 1 分, 总分 5 分;	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	
			2) 员工近 5 年内在盟市及以上技能大赛等比赛中获奖;				
		48. 高层次人才队伍建设	1) 享受国务院特殊津贴、入选国家级人才计划(例如长江学者, 国家百千万人才计划等)、入选 321 人才计划、草原英才等自治区高层次人才计划等高层次人才队伍;	现场核查相关资料有 1 项加 1 分, 总分 5 分;	5	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不涉及	