

T/CGSS

中国老年医学学会团体标准

T/CGSS 049—2025

呼吸机与静脉-静脉体外膜肺氧合联用供氧 调节指南

Guideline for oxygenation adjustment of ventilator combined with veno-venous
extracorporeal membrane oxygenation

2025 - 08 - 20 发布

2025 - 08 - 20 实施

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	1
5 基本条件	1
6 适应证及禁忌证	2
7 呼吸机与 VV-ECMO 联用供氧调节流程	2
参考文献	5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国老年医学学会急诊医学分会提出。

本文件由中国老年医学学会归口。

本文件起草单位：四川省医学科学院·四川省人民医院、首都医科大学附属北京中医医院、南京医科大学第一附属医院、深圳市中医院、山东大学齐鲁医院、北京协和医院、四川大学华西医院、天津医科大学总医院、广东省人民医院、郑州大学第一附属医院、北京市垂杨柳医院、徐州医科大学附属医院、新疆医科大学第一附属医院、西安交通大学第二附属医院、河北医科大学第二医院、中国医科大学附属第一医院、南昌大学第一附属医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、贵州中医药大学第一附属医院、中日友好医院、中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）、北京大学第三医院、首都医科大学宣武医院、广东省人民医院、湖南省人民医院、兰州大学第二医院、重庆大学附属中心医院/重庆市急救医疗中心、解放军总医院第一医学中心、浙江大学医学院附属邵逸夫医院、中国中医科学院广安门医院、广东省中医院、广西中医药大学第一附属医院、山东省立医院、温州医科大学附属第一医院、济宁市第一人民医院、昆明医科大学第一附属医院、中南大学湘雅三医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、浙江大学医学院附属浙江医院、武汉大学中南医院、航天新长征医疗器械(北京)有限公司。

本文件主要起草人：吕传柱、郭伟、陈旭锋、梅勇、孙静、王玲、陈玉国、朱华栋、曹钰、柴艳芬、李欣、朱长举、朱海燕、顾伟、齐文升、燕宪亮、彭鹏、孙树印、裴红红、姜利、马青变、马渝、韩云、张玮、高恒波、卢中秋、韩小彤、崇巍、严静、陈炜、胡北、范西真、商德亚、曹春水、洪玉才、李培武、卢健棋、陈杨、段军、陈腾飞、许剑、孙传政、刘禹翔、李学艳、赵剡、孟玫、韩钺、徐慕娟、朱尘琪。

引 言

近年来，静脉-静脉体外膜肺氧合(veno-venous extracorporeal membrane oxygenation,VV-ECMO)在成人呼吸衰竭的救治中发挥了巨大的作用，在临床的应用也逐年迅速增多。对于VV-ECMO支持的危重症患者，处理好氧供和氧耗的平衡非常关键。氧供主要取决于心输出量及动脉氧含量，而在VV-ECMO支持的患者中动脉氧含量与VV-ECMO及呼吸机的参数设置密切相关。为此，依据国家、行业需求，结合国内外本领域最新进展和经验，研究制订本文件，以规范呼吸机与VV-ECMO联用时的供氧调节，为医务人员提供明确的指导意见，提高呼吸危重症的救治成功率。

呼吸机与静脉-静脉体外膜肺氧合联用供氧调节指南

1 范围

本文件给出了呼吸机与静脉-静脉体外膜肺氧合联用供氧调节的基本条件、适应证及禁忌证及供氧调节流程。

本文件适用于指导医务人员使用呼吸机与VV-ECMO联用的供氧调节。

本文件不适用于儿童和婴幼儿患者。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

静脉-静脉体外膜肺氧合 veno-venous extracorporeal membrane oxygenation, VV-ECMO

经皮穿刺插管或者外科切开,将静脉血从体内引流到体外,经过膜式氧合器氧合和二氧化碳排出后,再用离心泵将血液灌注入人体的静脉,承担气体交换功能,发挥呼吸支持作用的技术。

注:参考《成人体外膜肺氧合技术操作规范》(2024年版)

3.2

呼气末正压 positive end-expiratory pressure, PEEP

应用呼吸机时,于呼气末期保持呼吸道一定水平的正压,避免小气道和肺泡早期闭合、增加功能残气量的技术。

[来源:WS 392-2012,3.14,有修改]

3.3

理想体重 predicted body weight, PBW

评估人体营养状态、指导药物剂量计算及设定机械通气参数的理论健康体重标准。

注1:计算公式为:成年男性:PBW=50+0.91×[身高(cm)-152.4];成年女性:PBW=45.5+0.91×[身高(cm)-152.4]

注2:参考《成人非心胸手术机械通气管理专家共识》(2024年版)

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件

FiO₂: 吸入气体中的氧浓度分数 (Fraction of Inspiration Oxygen)

Hb: 血红蛋白含量 (Hemoglobin)

PaCO₂: 动脉血二氧化碳分压 (Arterial Carbon Dioxide Pressure)

PaO₂: 动脉血氧分压 (Arterial Oxygen Pressure)

pH: 酸碱度 (Potential of Hydrogen)

SaO₂: 动脉血氧饱和度 (Arterial Oxygen Saturation)

SpO₂: 脉搏氧饱和度 (Pulse Oxygen Saturation)

SvO₂: 静脉血氧饱和度 (Venous Oxygen Saturation)

5 基本条件

5.1 环境及设施设备

- 5.1.1 具备重症监护病房或相应抢救设施的单元。
- 5.1.2 至少配备的设备有：血气分析仪、血流动力学监测设备、有创呼吸机、连续性肾脏替代治疗设备。
- 5.1.3 使用具有产品合格证的，满足技术及安全性要求的 VV-ECMO 器械、耗材及配套相关设施。

5.2 人员及团队

5.2.1 开展 VV-ECMO 技术的医生需具备：

- a) 5 年以上临床工作经验；
- b) 执业范围涵盖急诊科、重症医学科、内科、外科等专业之一；
- c) 通过 VV-ECMO 专项系统培训并考核合格。

5.2.2 开展 VV-ECMO 技术的护士需经过系统培训，并通过考核。

5.2.3 VV-ECMO 团队至少包括 3 名人员，其中 2 名执业医师及 1 名护士。2 名执业医师中需有 1 名技术负责人，其具备 VV-ECMO 操作经验的副主任医师及以上职称。

- a) 医师负责：适应症评估、置管操作、VV-ECMO 治疗策略制定与运行管理（抗凝方案制定、血流动力学调控）、撤机与并发症处理等。
- b) 护士负责：设备管理与参数监测、抗凝执行与并发症预防、精细化患者护理、转运与应急响应等。

6 适应证及禁忌证

6.1 适应证

6.1.1 最优机械通气条件下（ $FiO_2 \geq 80\%$ ，潮气量 $4\text{ ml} \sim 6\text{ ml/kg PBW}$ ， $PEEP \geq 10\text{ cmH}_2O$ ），联合保护性肺通气策略、肺复张、俯卧位通气等治疗仍效果不佳， $(PaO_2/FiO_2) < 80\text{ mmHg}$ 的呼吸衰竭患者。

6.1.2 优化机械通气（呼吸频率 $\geq 35\text{ 次/分}$ ，气道平台压 $\leq 30\text{ cmH}_2O$ ）后，仍存在高碳酸血症： $pH \leq 7.25$ 且 $PaCO_2 \geq 60\text{ mmHg}$ 的呼吸衰竭患者。

6.2 禁忌证

无绝对禁忌证，相对禁忌证包括如下：

- 高龄；
- 免疫抑制；
- 中枢神经系统出血，严重的中枢神经系统损伤，不可逆和丧失能力的中枢神经系统病理改变；
- 全身性出血，抗凝治疗禁忌；
- 机械通气（气道平台压 $> 30\text{ cmH}_2O$ 同时 $FiO_2 > 90\%$ ）7 天以上。

7 呼吸机与 VV-ECMO 联用供氧调节流程

7.1 联用供氧调节指标

7.1.1 通则

在呼吸机与 VV-ECMO 联用供氧过程中，用供氧调节指标动态评估患者的供氧情况，供氧调节指标即氧供与氧耗的比值始终保持在 3~5 合理区间。3~5 合理区间是经抽取患者血液样本由实验室检测，再经公式（1）计算得出。

7.1.2 计算公式：

$$\text{供氧调节指标} = (Hb \times SaO_2 \times 1.34 + PaO_2 \times 0.0031) / [Hb \times (SaO_2 - SvO_2) \times 1.34] \dots (1)$$

式中：

供氧调节指标——呼吸机与 VV-ECMO 联用供氧调节使用的目标值，氧供与氧耗的比值始终保持在 3~5 合理区间内。

- Hb——由患者静脉抽血检验测量得出，g/dL；
- SaO₂——由患者动脉抽血检验测量得出，%；
- PaO₂——由患者动脉抽血检验测量得出，mmHg；
- SvO₂——由患者 ECMO 膜前抽血检验测量得出，%。

7.2 初始供氧调节

7.2.1 初始设置呼吸机参数：

- 初始给予中高水平的 PEEP (≥ 10 cmH₂O)。
- 同时综合考虑肺泡可复张性、气压伤发生风险、病变均一性、血流动力学和体重等因素，动态调节潮气量、呼吸频率、PEEP 和 FiO₂ 的设置。

7.2.2 初始设置 VV-ECMO 参数：

- 血流量：60 ml~80 ml/kg/min。如血容量足够而静脉引流量远小于该值，需检查管路、插管位置及胸内压、腹内压等因素。
- 气流量：血流量 \approx 1:1。对于存在高碳酸血症及 pH 明显降低的患者，可适当提高气流量。
- 空氧混合器初始氧浓度设定 100 %。

7.2.3 初始供氧指标评估：初始设置后按照公式（1）计算，评估供氧是否达到 7.1 所述的合理区间，达到时执行 7.3，不达到时按 7.4 处理。

7.3 运行期供氧调节

7.3.1 运行期：运行过程中评估患者是否已发生气压伤（气胸、皮下气肿等）或气压伤发生风险较高（气道峰压/平台压进行性升高、胸部影像检查发现肺大泡等）的情况，若发生，需要进行呼吸机超保护通气，执行 7.3.2。同时考虑 VV-ECMO 参数调节（7.3.3），并再次进行评估。

7.3.2 呼吸机超保护通气参数设置

参数设置如下：

- FiO₂：30 %~50 %。
- 潮气量：潮气量 \leq 4 ml/kg PBW。
- PEEP：在 VV-ECMO 支持期间保持 PEEP 水平 \geq 10 cmH₂O，可根据跨肺压监测、肺电阻抗成像、肺部超声等技术进行个体化设置。
- 呼吸频率：呼吸频率设为 4 次~15 次/min。
- 平台压：将平台压保持在 25 cmH₂O 以下。
- 驱动压：驱动压 \leq 15 cmH₂O，若患者存在肺纤维化或者胸壁顺应性降低，可适当增加。

7.3.3 VV-ECMO 参数调节

参数调节如下：

- 联用时避免低氧血症和高碳酸血症的发生，气体交换目标为 PaO₂：65 mmHg~90 mmHg，PaCO₂：35 mmHg~45 mmHg。
- 避免在 VV-ECMO 开始后快速纠正高碳酸血症，导致呼吸性碱中毒，每小时 PaCO₂ 下降不超过 10 mmHg，24 小时后 PaCO₂ 下降不应超过应用 VV-ECMO 前的 50 %，以防止神经系统并发症。

7.3.4 运行期供氧指标评估：运行过程中按照公式（1）计算，评估供氧是否达到 7.1 所述的合理区间，达到时执行 7.2，不达到时按 7.4 处理。

7.4 供氧评估未达到合理区间时供氧调节

7.4.1 VV-ECMO 参数调整：优先调整 VV-ECMO 参数，如调整 VV-ECMO 的血流量、氧浓度和气流速等。

7.4.2 呼吸机参数调整：如调整 VV-ECMO 参数后，按照公式（1）计算比值仍不能达到合理区间，可增加呼吸机的 FiO₂、适当增加潮气量、调整 PEEP 及呼吸频率等参数，然后重新按照公式（1）计算评估，直达到合理区间为止。

7.4.3 在进行供氧调节的同时应寻找供氧不达标原因并积极针对病因治疗。

7.5 撤机过程期供氧调节

7.5.1 当患者原发病得到控制，在呼吸机参数不变，逐渐降低 VV-ECMO 支持力度的情况下，按照公式（1）计算达到合理区间，经评估若在合理区间内并符合撤机指征（7.5.2），进行 VV-ECMO 撤机试验（7.5.3），撤机试验时要考虑呼吸机相应参数的调整（7.5.4）。

7.5.2 VV-ECMO 撤机指征：

- 原发病得到有效控制、肺部影像检查较前改善；
- 患者在呼吸机支持 FiO₂ \leq 60 %，PEEP \leq 10 cmH₂O 下测得 PaO₂ \geq 70 mmHg；
- 呼吸机设置为潮气量 6 mL~8 mL/kg PBW、平台压 \leq 28 cmH₂O、呼吸频率 \leq 28 次/分的条件下，动脉血气分析显示 pH 值 7.35~7.45，PaCO₂ 35 mmHg~45 mmHg，且患者无过度的呼吸用力。

7.5.3 VV-ECMO 撤机试验方法如下：

- a) 降氧: 当患者肺功能开始改善后, 将 VV-ECMO 氧浓度从 100% 逐步降至 21 %, 每次降低约 20 %, 评估是否达到 $SpO_2 > 92\%$ 或 $PaO_2 \geq 70$ mmHg, 达到则执行 b), 达不到则停止撤机试验。
- b) 降气: 将 VV-ECMO 气流量以每次 0.5 L~1 L/min 的速度逐渐下降至零, 每次调整后观察 30 分钟, 复查动脉血气分析, 评估是否达到 $PaO_2 \geq 70$ mmHg, pH 值 7.35~7.45, $PaCO_2$ 35 mmHg~45 mmHg, 且患者无过度的呼吸用力, 达到则执行 c), 达不到则停止撤机试验。
- c) 夹气: 关闭气流维持至少 2~3 小时以上, 部分患者可能需要 24 小时或更长, 并复查动脉血气分析, 评估是否达到 $PaO_2 \geq 70$ mmHg, pH 值 7.35~7.45, $PaCO_2$ 35 mmHg~45 mmHg, 且患者无过度的呼吸用力, 达到则执行 d), 达不到则停止撤机试验。
- d) 撤机: 经过上述步骤 c), 评估达标可进行撤机, 达不到则停止撤机试验。

7.5.4 呼吸机参数调整: 撤机试验阶段逐渐调整呼吸机参数, 参数参照潮气量 6 mL~8 mL/kg PBW, 平台压 ≤ 28 cmH₂O, 呼吸频率 ≤ 28 次/分设置。撤离 VV-ECMO 后, 继续按照标准呼吸支持原则, 参考 7.2.1 进行呼吸支持。

7.6 VV-ECMO 撤机试验失败供氧调节: 若撤机试验失败需将 VV-ECMO 和呼吸机设置恢复至 VV-ECMO 运行期间 7.3 参数设置, 进一步动态评估, 符合撤机指征(7.5.2)再次实施撤机试验(7.5.3), 直至顺利撤机。

参 考 文 献

- [1] WS 392-2012,呼吸机临床应用[s].北京:中华人民共和国卫生部, 2012.
- [2] 中国医师协会呼吸医师分会危重症医学专业委员会, 中华医学会呼吸病学分会危重症医学学组.体外膜式氧合治疗成人重症呼吸衰竭推荐意见[J].中华结核和呼吸杂志,2019,42(9): 660-684.
- [3] Extracorporeal Life Support: The ELSO Red Book 6th Edition.
- [4] Assouline, B., A. Combes, and M. Schmidt, Setting and Monitoring of Mechanical Ventilation During Venovenous ECMO. *Crit Care*, 2023. 27(1): p. 95.
- [5] 国家卫生健康委员会(2024). 国家卫生健康委办公厅关于印发成人体外膜肺氧合技术操作规范(2024年版)的通知.成人体外膜肺氧合技术操作规范(2024年版). http://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202411/2ae6596f7a9a4c889f1b0004a6f3b543/files/1732873199940_40343.pdf
- [6] 国家卫生健康委员会(2022). 国家卫生健康委办公厅关于印发国家限制类技术目录和临床应用管理规范(2022年版)的通知《国家限制类技术目录和临床应用管理规范》(2022年版).<https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202204/2655831f6f444b00b3e50604e67531f5.shtml>
- [7] Tonna JE, Abrams D, Brodie D, et al.Management of Adult Patients Supported with Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation (VV ECMO): Guideline from the Extracorporeal Life Support Organization (ELSO)[J].*ASAIO J.* 2021,67(6):601-610.
- [8] Combes A, Hajage D, Capellier G, et al.Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome[J]. *N Engl J Med.* 2018,378(21):1965-1975.
- [9] Michael Quintel, Mattia Busana, Luciano Gattinoni, et al. Breathing and Ventilation during Extracorporeal Membrane Oxygenation: How to Find the Balance between Rest and Load[J]. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019,200(8):954-956.
- [10] Joyce CJ, Udy A, Weeden M, Shekar K, et al.What Determines the Arterial Partial Pressure of Carbon Dioxide on Venovenous Extracorporeal Membrane Oxygenation[J]? *ASAIO J.* 2022 ,68(8):1093-1103.
- [11] Cavayas YA, Munshi L, Del Sorbo L, et al.The Early Change in PaCO₂ after Extracorporeal Membrane Oxygenation Initiation Is Associated with Neurological Complications[J]. *Am J Respir Crit Care Med.* 2020,201(12):1525-1535.
- [12] Abrams D, Schmidt M, Pham T, et al. Mechanical Ventilation for Acute Respiratory Distress Syndrome during Extracorporeal Life Support. *Research and Practice [J]. Am J Respir Crit Care Med,* 2020,201(5):514-525.
-