

附件 1：宁夏食品安全协会团体标准征求意见汇总处理表

——2019 年 4 月 3 日公开征求意见

标准名称：枸杞中 12 种农药残留快速检测方法胶体金免疫层析法
 承办人：余君伟 、金虹

负责起草单位：杞源堂（宁夏）生物科技有限公司
 电话：13895165244、15989570832

序号	标准章条编号	意见内容	意见提出单位	处理意见	备注
1	整体	建议先制定团标，成熟后上升为地标	宁夏枸杞产业发展中心	拟在后续团体标准和地方标准制定过程中执行	
2	整体	建议标准成果成熟后，在生产、流通领域推广	宁夏枸杞产业发展中心	拟在后续团体标准成果转化过程中执行	
3	编制说明	在编制说明中增加检验验证过程的描述	宁夏回族自治区卫生健康委法规处	采纳。由于征求意见时未出具编制说明附件，附件中已就意见中内容做详细描述	
4	编制说明	在编制说明中增加技术内容确定过程和依据描述	宁夏回族自治区卫生健康委法规处	采纳。由于征求意见时未出具编制说明附件，附件中已就意见中内容做详细描述	
5	3.2	建议提取液经过验证后，能否合并为 1:1 水和无水乙醇混合液，简便提取过程。	宁夏农产品质量安全检测中心	未采纳。 1. 水溶性的农药 （1）用 50%乙醇提取，农药的溶解度虽然没有问题，但是提取液中的乙醇会干扰显色的抗原抗体反应；我们是通过 C 线，即控	

				制线的显色判断是否对显色反应有干扰的。C 线不能正常显色，则说明提取液对抗原抗体反应有干扰。 2. 水不溶性的农药 （1）用水提取，农药的溶解度不够，所以检测随着农药浓度的增加，T 线的颜色不会减少。 （2）我们用 50%乙醇提取，农药溶解度较好，提取液中的乙醇也未发现干扰显色的抗原抗体反应。	
6	4.1	电子天平的感量为 0.1g 能满足方法要求	宁夏农产品质量安全检测中心	采纳，已修改	
7	5.1	需解释清楚如果将上清液转移至 5ml 离心管中。如吸取多少 ml 到离心管中即可	宁夏农产品质量安全检测中心	采纳，已修改	
8	4.3	计算式放入 6.2 中的 6.2.2	宁夏农产品质量标准与检测技术研究院	采纳，已修改	
9	6.1	完善 6 结果判读中 6.1 中的相关内容，与表 1 和图 1 种的描述一致。如“检测线与测试线”、“无效与失效”	宁夏农产品质量标准与检测技术研究院	采纳，失效已改成无效，控制带更改为控制线，检测带更改为测试线	
10	图 1	去掉图 1 种的空白的图示内容	宁夏农产品质量标准与检测技术研究院	部分采纳，在表 1 种加入注的内容，对空白进行解释	
11	编制说明	补充完善“编制说明”中 1.4 编制过程的技术内容支撑	宁夏农产品质量标准与检测技术研究院	采纳。已详细描述相关内容	