

团体标准修改单

T/GDMDMA 0021-2022

医用退热贴

修改单 1

本修改单是 2022 年 9 月 30 日发布的 T/GDMDMA 0021-2022 《医用退热贴》团体标准的组成部分。

1. 正文“5.5 耐热性”中的“置于 42 °C~2 °C 的恒温箱中”更改为“置于 42 °C±2 °C 的恒温箱中”。

本修改单由广东省医疗器械管理学会提出。

本修改单由广东省医疗器械管理学会归口。

本修改单由广东省医疗器械管理学会负责起草。

广东省医疗器械管理学会 2022-9-30 发布

2022-9-30 实施