

上海实验室装备协会文件

上海实验室装备协会【2022】29号

关于 T/SLEA 0031.1-2022《实验室用水气配件技术规范 第1部分：水龙头》等4项标准修改的通知

各有关单位：

T/SLEA 0031.1-2022《实验室用水气配件技术规范 第1部分：水龙头》、T/SLEA 0031.3-2022《实验室用水气配件技术规范 第3部分：水槽》、T/SLEA 0031.4-2022《实验室用水气配件技术规范 第4部分：气阀》、T/SLEA 0061.1-2022《实验室用通风机技术规范 第1部分：玻璃钢防腐离心通风机》团体标准第1号修改单经我会团体标准工作委员会审核后批准发布。建议该修改单于2022年11月30日起实施。

修改单见附件。

上海实验室装备协会

2022年11月30日

上海实验室装备协会团体标准修改单

T/SLEA 0031.1-2022

《实验室用水气配件技术规范 第1部分：水龙头》

第1号修改单

修改事项：

表7中化学试剂“硫酸铜和硝酸银”为非挥发性化学试剂，其试验方法从“A”改为“B”。
更改后的新表7见下表。

表7 化学试剂种类及试验方法

序号	化学试剂	试验方法
1	氯仿	A
2	二甲基甲酰胺	A
3	90%苯酚	A
4	乙醇	A
5	乙醚	A
6	乙酸乙酯	A
7	苯	A
8	84 消毒液	A
9	硫酸铜	B
10	硝酸银	B
11	77%硫酸和 70%硝酸，等混	B
12	98%乙酸	B
13	37%盐酸	B
14	40%氢氟酸	B
15	20%硝酸	B
16	30%硝酸	B
17	70%硝酸	B
18	40%氢氧化钠	B
19	77%硫酸	B
20	96%硫酸	B

上海实验室装备协会团体标准修改单

T/SLEA 0031.3-2022

《实验室用水气配件技术规范 第3部分：水槽》

第1号修改单

修改事项：

表5中化学试剂“硫酸铜和硝酸银”为非挥发性化学试剂，其试验方法从“A”改为“B”。
更改后的新表5见下表。

表5 化学试剂种类及试验方法

序号	化学试剂	试验方法
1	氯仿	A
2	二甲基甲酰胺	A
3	90%苯酚	A
4	乙醇	A
5	乙醚	A
6	乙酸乙酯	A
7	苯	A
8	84 消毒液	A
9	硫酸铜	B
10	硝酸银	B
11	77%硫酸和 70%硝酸，等混	B
12	98%乙酸	B
13	37%盐酸	B
14	40%氢氟酸	B
15	20%硝酸	B
16	30%硝酸	B
17	70%硝酸	B
18	40%氢氧化钠	B
19	77%硫酸	B
20	96%硫酸	B

上海实验室装备协会团体标准修改单

T/SLEA 0031.4-2022

《实验室用水气配件技术规范 第4部分：气阀》

第1号修改单

修改事项：

表2中化学试剂“硫酸铜和硝酸银”为非挥发性化学试剂，其试验方法从“A”改为“B”。
更改后的新表2见下表。

表2 化学试剂种类及试验方法

序号	化学试剂	试验方法
1	氯仿	A
2	二甲基甲酰胺	A
3	90%苯酚	A
4	乙醇	A
5	乙醚	A
6	乙酸乙酯	A
7	苯	A
8	84 消毒液	A
9	硫酸铜	B
10	硝酸银	B
11	77%硫酸和 70%硝酸，等混	B
12	98%乙酸	B
13	37%盐酸	B
14	40%氢氟酸	B
15	20%硝酸	B
16	30%硝酸	B
17	70%硝酸	B
18	40%氢氧化钠	B
19	77%硫酸	B
20	96%硫酸	B

上海实验室装备协会团体标准修改单

T/SLEA 0061.1-2022

《实验室用通风机技术规范 第1部分：玻璃钢防腐离心通风机》

第1号修改单

修改事项：

表3中化学试剂“硫酸铜和硝酸银”为非挥发性化学试剂，其试验方法从“A”改为“B”。

更改后的新表3见下表。

表3 化学试剂种类及试验方法

序号	化学试剂	试验方法
1	氯仿	A
2	二甲基甲酰胺	A
3	90%苯酚	A
4	乙醇	A
5	乙醚	A
6	乙酸乙酯	A
7	苯	A
8	84 消毒液	A
9	硫酸铜	B
10	硝酸银	B
11	77%硫酸和 70%硝酸，等混	B
12	98%乙酸	B
13	37%盐酸	B
14	40%氢氟酸	B
15	20%硝酸	B
16	30%硝酸	B
17	70%硝酸	B
18	40%氢氧化钠	B
19	77%硫酸	B
20	96%硫酸	B